MARCA YUWELL
CONCENTRADOR DE OXIGENO
MODELO 7F-10W

Este es un dispositivo que funciona electrónicamente que separa el oxígeno del aire de la habitación, proporcionándole una alta concentración de oxígeno al paciente directamente a través de una cánula nasal.

Características:

1. Construido en la parte externa con una carcasa de plástico grado médico ABS completa, segura y confiable. Con una agarradera que forma parte integral de la estructura delequipo.
2. Muestra las horas de funcionamiento totales a través de una pantalla.
3. Equipo estable asentado en cuatro ruedas omnidireccionales con sistema de freno.
4. Dimensión: 68 cm Alto × 44 cm Largo × 37 cm Profundidad
5. Peso: 25 kg

Especificaciones técnicas:

6. Flujo máximo recomendado 10L/min.
7. Rango de flujo 1-10L/min.
8. Cambio de flujo máximo recomendado cuando se aplica contrapresión de 7 kPa: mayor a 0.5 L/min
9. Concentración de oxígeno: 90% ~ 95.5%
10. Concentración de Oxígeno 95% en todo su ran go de conf iguraciones
11. Presión de salida máxima: 40-70 kPa.
12. Mecanismo de alivio de presión funcional a: 250 kPa +/-25 kPa (36.25 psi +/- 3.63 psi)
13. Nivel de sonido: Menor a 60 dB
14. Tasa de nebulización máxima menor o igual a 0.2Ml/min
15. Con medidor de horas de funcionamiento
16. Con filtro de entrada de aire de fácil manipulación
17. Con filtro bacteriológico y viral, 99,9%
18. Tiempo de operación mínimo de 30 minutos.

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD
Add: 江苏省丹阳市云阳工业园 P.C: 212300
Add: YunYang Industrial Park, DanYang, Jiangsu Province, PRC
http://www.yuwell.com

19. Interruptor de encendido y pagado
20. Suministra flujo continuo de 2 LPM a 10 LPM en intervalos de 1 LPM en adultos.
21. Indicador de pureza de oxigeno
22. Alarma sonora en caso de que falle el flujo o paso de oxigeno
23. Conector Macho DIS en acero inoxidable para colocación de frasco.
24. Sistema de operación continuo.

Sistema de seguridad:

25. Función de alarma de interrupción de energía.
26. Función de alarma de falla del dispositivo por:
    - Falla de presión.
    - Falla de ciclo.
    - Falla del compresor.
    - Baja concentración de oxígeno.
    - Sobre corriente o conexión suelta
    - Compresor con temperatura elevada anormal
27. Se cuenta con una válvula de alivio de presión del compresor lo que ayuda al dispositivo a un mejor rendimiento
28. Cuenta con 4 rodines y agarrradera para fácil transporte
29. Compresor con soportes amortiguadores
30. Libre de aceite
31. estar más seguro.

Alimentación eléctrica:

32. Fuente de alimentación AC 120V 50/60 Hz. Enchufe polarizado grado médico.
33. Potencia de entrada 600VA
34. Clasificación eléctrica Clase ll, parte aplicada tipo BF, disyuntor de seguridad para protección contra picos eléctricos.

Condiciones de operación normales:

35. Intervalo de temperatura de 10 a 35 grados centígrados
36. Humedad relativa 30% - 75%
37. Presión atmosférica 860 hPa – 1060 hPa.
38. Temperatura en la salida de oxígeno menor o igual a 46 grados centígrados.
39. La longitud de la cánula nasal no debe ser menor a 15.2 metros y no giro.
40. Condiciones de transportación y almacenamiento.
41. Intervalo de temperatura -20 a 60 grados centígrados.
42. Humedad relativa 10% a 93% sin condensación.
43. Presión atmosférica de 700 hPa a 1060 hPa.
44. El equipo dispone de todos los accesorios para su correcto funcionamiento

江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD
Add: 江苏省丹阳市云阳工业园 P.C: 212300
Add: YunYang Industrial Park, DanYang, Jiangsu Province, PRC
http://www.yuwell.com